

Hoxa PU Serie 100

La seduta robusta, agile e confortevole



**SEDIE, SGABELLI,
SEDUTE PER CHIRURGO,
LABORATORI
E STUDI MEDICI**

Uso frequente

Ambulatorio

Assistenza al medico

Studi dentistici

Studi medici

Laboratorio





ANELLO POGGIAPIEDI



PIEDINI



SEDUTA

Vantaggi

La linea Hoxa è concepita per l'uso in ambiente medico ed è particolarmente indicata per: ospedali, studi medici e dentistici. La seduta è rivestita in Stamskin, materiale con proprietà antibatteriche oltre che un'importante resistenza ai liquidi. Hoxa è dotata di una molla a gas per la regolazione dell'altezza, attivabile tramite un meccanismo ad anello che può essere posto al di sotto della seduta (realizzata in poliuretano) o alla base dello sgabello. Infine la base è realizzata in alluminio lucido e dotata di ruote, per agevolare gli spostamenti dell'utilizzatore.

Modelli disponibili

		
100.0	100.1	100.2
GBM0060	GBM0061	GBM0062
ALTEZZA DEL SEDILE 34/42 CM	ALTEZZA DEL SEDILE 43/58 CM	ALTEZZA DEL SEDILE 51/69 CM
ALTEZZA DI LAVORO 60/70 CM	ALTEZZA DI LAVORO 70/80 CM	ALTEZZA DI LAVORO 70/90 CM
		
100.3	100.4	100.7
GBM0063	GBM0064	GBM0065
ALTEZZA DEL SEDILE 68/83 CM	ALTEZZA DEL SEDILE 67/92 CM	ALTEZZA DEL SEDILE 51/69 CM
ALTEZZA DI LAVORO 80/100 CM	ALTEZZA DI LAVORO 90/110 CM	ALTEZZA DI LAVORO 70/90 CM

Dotazioni di serie, varianti e accessori

	100.0	100.1	100.2	100.3	100.4	100.7
	GBM0060	GBM0061	GBM0062	GBM0063	GBM0064	GBM0065
Seduta in poliuretano	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Base in alluminio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Angolo di seduta fisso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anello poggiapiedi	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Anello per altezza variabile	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Ruote						
Frenabili	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frenabili sotto carico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antistatiche	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Piedini	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Morbide per pavimenti duri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rigide per pavimenti con moquette	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗ Non Previsto ✓ Dotazione di serie ✓ Varianti ✓ Accessori						

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Dep. 220 rev. 30/08/2023